



ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ขอมติจากสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ให้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์

๑) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ๙,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี
- พร้อมใบมีด

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๒) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

๑) ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีหูหิ้วในตัว ขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม

๒) สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

๓) ตัวเครื่องสามารถทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและแนะนำการช็อคด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติกรณีมีข้อบ่งชี้ พร้อมระบบแนะนำการปฏิบัติงานด้วยเสียง

๔) มีระบบทดสอบความพร้อมของเครื่องแบบอัตโนมัติ(Self-Test) ทุก ๒๔ ชั่วโมง

๕) สามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดเป็นเสียงภาษาไทย

๖) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยอมรับและผ่านมาตรฐานสากล FDA หรือ CE และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ AHA Guideline ๒๐๑๐/๒๐๑๕ ว่าด้วยกระบวนการช่วยชีวิต (CPR) แก่ผู้ป่วย

/คุณสมบัติ...

สำเนาถูกต้อง

๒๕

นางสาวนวลอนงค์ ชันใต้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) จอภาพชนิด LCD แสดงสถานะระดับพลังงานของแบตเตอรี่
- ๒) มีรูปภาพประกอบคำแนะนำขั้นตอนการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง
- ๓) สามารถต่อเชื่อมเพื่อทำการปรับค่าการทำงาน หรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer โดยผ่านทาง IrDA Port หรือ USB Port ได้

๔) แบตเตอรี่ ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถกระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง และติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง

๕) ภาควิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีเสียงคำแนะนำให้ติดแผ่นนำไฟฟ้า (Electrode) พร้อมรูปภาพแสดงหรือสัญญาณเป็นไฟ หรือเสียงเตือนสถานะสำหรับการติดแผ่นนำไฟฟ้า (Electrode) ที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้แบบอัตโนมัติ หรือให้คำแนะนำเพื่อทำการช็อต แบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium manganese dioxide ชนิดไม่ต้องชาร์จไฟฟ้า (Non-Rechargeable Battery) อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่า ๔ ปี สามารถเก็บข้อมูลของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Waveform) หรือเหตุการณ์ไว้ในตัวเครื่อง หรือหน่วยความจำภายในเครื่องได้ มีโปรแกรมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วย เพื่อการเก็บบันทึกประวัติ หรือส่งต่อข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย หรือการรักษาต่อเนื่อง

๖) ภาคฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นสัญญาณเป็นแบบ Truncated exponential biphasic หรือ Rectilinear Biphasic โดยสามารถปล่อยพลังงานได้อัตโนมัติ ตามความต้านทานของผู้ป่วย (Patient Impedance) ใช้เวลาสำหรับการช็อตไฟเร็วสุดไม่เกิน ๑๐ วินาที ภายหลังจากหยุดทำการนวดหัวใจ (Chest Compression) สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจโดยใช้แผ่นนำไฟฟ้า (Electrode or Adhesive Pads) ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยแผ่นนำไฟฟ้า (Electrode) อันเดียวกัน โดยไม่ต้องแยกแผ่น มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ พร้อมคำแนะนำด้วยเสียงเมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีระบบแนะนำการฟื้นคืนคลื่นหัวใจ หรือมีคำแนะนำในการช่วยชีวิตเป็นขั้นตอน พร้อมให้จังหวะในการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ (Chest Compression and Berathing) สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง

ที่ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่อง AED

๑) เป็นตู้ที่ทำจากวัสดุที่มีความคงทนถาวร พร้อมข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงให้เห็น ว่าเป็นตู้สำหรับเก็บเครื่อง AED

๒) มีฝาหน้าที่สามารถเปิด-ปิด และภายในมีช่องสำหรับใส่เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๑) แบตเตอรี่ ชนิด Lithium manganese dioxide จำนวน ๑ ก้อน
- ๒) สายเคเบิลอิเล็กทรอนิกส์ (Disposable Pads) จำนวน ๑ ชุด
- ๓) กระเป๋าสะพายสำหรับใส่ตัวเครื่อง จำนวน ๑ ใบ
- ๔) คู่มือการใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม

ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติการวัด

- ๑) ชั่งน้ำหนักได้
- ๒) บอกค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)
- ๓) วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
- ๔) บอกระดับคุณภาพของกล้ามเนื้อ (Muscle Quality)
- ๕) บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)

Handwritten signature
นางสาวนวลอนงค์ ชับได้
/๖/๖/๖๖...
เจ้าพนักงานอรรถการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

- ๖) วัตมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
- ๗) วัตระดับไขมันที่เกาะบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
- ๘) วัตมวลกระดูก (Bone Mass)
- ๙) บอกรัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
- ๑๐) วัตเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)

คุณสมบัติเครื่อง

๑) อ่านค่าผลการวัดบนเครื่อง และสามารถอัปโหลดส่งข้อมูลการวัดองค์ประกอบในร่างกายผ่านสมาร์ตโฟน

- ๒) ชั่งน้ำหนักสูงสุด ๒๐๐ กิโลกรัม (Weight Capacity)
- ๓) ขนาด ๒๙๘ x ๓๒๘ x ๓๒ มิลลิเมตร
- ๔) แบตเตอรี่ AA x ๔ ก้อน
- ๕) รับประกัน ๓ ปี

ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เทศบัญญัติหน้า ๒๒๘) ตั้งไว้ ๔,๐๕๒,๒๖๘.- บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๓,๕๕๙.๔๓.- บาท ขอโอนลด ๑๑๗,๙๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังจากโอน ๑,๖๘๕,๖๕๙.๔๓ บาท

รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓)ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- ๑) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- ๒) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร
- ๓) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ๔) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- ๕) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๔)ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีด จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- ๑. แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ bar
- ๒. ปริมาณน้ำ ๑๔ ลิตร/นาที
- ๓. กำลังมอเตอร์ ๓,๕๐๐W

ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

นางสาววอลอนงค์ หุ่นดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โอนลด...

สำเนาถูกต้อง

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (เทศบัญญัติหน้า ๒๒๙) ตั้งไว้ ๕,๐๓๑,๓๕๐.- บาท

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๒,๖๑๗,๘๔๘.๗๑.- บาท ขอโอนลด ๑๖๘,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังจากโอน ๒,๔๔๙,๘๔๘.๗๑.- บาท

รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสุนทร ศิลปชัยเดช)

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

Ms.

(นางสาวนวลอนงค์ จีบได้)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง